



# 汚染検査測定箇所

□ : 管理区域内



## 2025 年 7月 測定結果

| 測定年月日 | 2025. 07. 07         |                       | 測定方法 | スミア法                 |                       |
|-------|----------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 測定箇所  | 測定結果                 | (Bq/cm <sup>2</sup> ) | 測定箇所 | 測定結果                 | (Bq/cm <sup>2</sup> ) |
| 1     | 0.0×10 <sup>0</sup>  | 検出限界以下                | 16   | 3.9×10 <sup>-2</sup> | 検出限界以下                |
| 2     | 0.0×10 <sup>0</sup>  | "                     | 17   | 1.3×10 <sup>-1</sup> | "                     |
| 3     | 1.3×10 <sup>-2</sup> | "                     | 18   | 1.5×10 <sup>-2</sup> | "                     |
| 4     | 3.9×10 <sup>-2</sup> | "                     | 19   | 2.8×10 <sup>-2</sup> | "                     |
| 5     | 1.5×10 <sup>-1</sup> | "                     | 20   | 1.5×10 <sup>-1</sup> | "                     |
| 6     | 9.1×10 <sup>-2</sup> | "                     | 21   | 1.3×10 <sup>-2</sup> | "                     |
| 7     | 4.0×10 <sup>-1</sup> | "                     | 22   | 7.7×10 <sup>-2</sup> | "                     |
| 8     | 3.2×10 <sup>-2</sup> | "                     | 23   | 2.3×10 <sup>-2</sup> | "                     |
| 9     | 3.8×10 <sup>-2</sup> | "                     | 24   | 2.6×10 <sup>-2</sup> | "                     |
| 10    | 2.2×10 <sup>-1</sup> | "                     | 25   | 2.1×10 <sup>-1</sup> | "                     |
| 11    | 1.7×10 <sup>-1</sup> | "                     | 26   | 1.0×10 <sup>-3</sup> | "                     |
| 12    | 4.1×10 <sup>-2</sup> | "                     | 27   | 9.3×10 <sup>-2</sup> | "                     |
| 13    | 2.3×10 <sup>-2</sup> | "                     | 28   | 1.8×10 <sup>-1</sup> | "                     |
| 14    | 3.3×10 <sup>-1</sup> | "                     |      |                      |                       |
| 15    | 2.9×10 <sup>-1</sup> | "                     |      |                      |                       |