

1 c m線量当量測定箇所

: 管理区域内



1階



2階

2024年 5 月 測定結果

測定年月日	2024年5月8日		
測定方法	シンチレーションサーベイメータによる方法		
測定箇所	測定結果(μSv/hr)	測定箇所	測定結果(μSv/hr)
1	0.00	14	0.04
2	0.03	15	0.02
3	0.02	16	0.02
4	0.02	17	0.02
5	0.02	18	0.02
6	0.02	19	0.03
7	0.03	20	0.03
8	0.03	21	0.03
9	0.03	22	0.03
10	0.02	23	0.03
11	0.02	24	0.02
12	0.03	25	0.02
13	0.01		