


1 c m線量当量率測定箇所

管理区域内



2025年 7 月 測定結果

測定年月日		2025. 07. 11			
測定方法		シンチレーションサーベイメータによる方法			
測定箇所	測定結果	(Bq/cm ²)	測定箇所	測定結果	(Bq/cm ²)
1	0. 01	線量限度以下	14	0. 01	線量限度以下
2	0. 02	"	15	0. 02	"
3	0. 03	"	16	0. 02	"
4	0. 01	"	17	0. 05	"
5	0. 04	"	18	0. 02	"
6	0. 07	"	19	0. 05	"
7	0. 03	"	20	0. 01	"
8	0. 06	"	21	0. 01	"
9	0. 02	"	22	0. 05	"
10	0. 04	"	23	0. 03	"
11	0. 01	"	24	0. 02	"
12	0. 01	"	25	0. 01	"
13	0. 03	"			