


1 c m線量当量率測定箇所

管理区域内



2025年 9 月 測定結果

測定年月日		2025. 09. 08			
測定方法		シンチレーションサーベイメータによる方法			
測定箇所	測定結果	(Bq/cm ²)	測定箇所	測定結果	(Bq/cm ²)
1	0.03	線量限度以下	14	0.01	線量限度以下
2	0.03	"	15	0.01	"
3	0.01	"	16	0.03	"
4	0.00	"	17	0.03	"
5	0.02	"	18	0.03	"
6	0.05	"	19	0.03	"
7	0.08	"	20	0.03	"
8	0.04	"	21	0.04	"
9	0.04	"	22	0.05	"
10	0.03	"	23	0.01	"
11	0.01	"	24	0.03	"
12	0.04	"	25	0.03	"
13	0.02	"			