



1 c m線量当量率測定箇所

管理区域内



2025年 12 月 測定結果

測定年月日		2025. 12. 09			
測定方法		シンチレーションサーベイメータによる方法			
測定箇所	測定結果	(Bq/cm ²)	測定箇所	測定結果	(Bq/cm ²)
1	0.01	線量限度以下	14	0.02	線量限度以下
2	0.01	"	15	0.01	"
3	0.02	"	16	0.02	"
4	0.01	"	17	0.02	"
5	0.02	"	18	0.02	"
6	0.03	"	19	0.02	"
7	0.03	"	20	0.02	"
8	0.02	"	21	0.02	"
9	0.00	"	22	0.02	"
10	0.02	"	23	0.02	"
11	0.03	"	24	0.02	"
12	0.03	"	25	0.02	"
13	0.02	"			