


1cm線量当量率測定箇所

：管理区域内



2026年 8月 測定結果

測定年月日		2026. 08. 07			
測定方法		シンチレーションサーベイメータによる方法			
測定箇所	測定結果	(Bq/cm2)	測定箇所	測定結果	(Bq/cm2)
1	0.00	線量限度以下	14	0.01	線量限度以下
2	0.02	〃	15	0.01	〃
3	0.02	〃	16	0.01	〃
4	0.02	〃	17	0.02	〃
5	0.02	〃	18	0.02	〃
6	0.03	〃	19	0.02	〃
7	0.03	〃	20	0.01	〃
8	0.02	〃	21	0.03	〃
9	0.03	〃	22	0.02	〃
10	0.02	〃	23	0.02	〃
11	0.02	〃	24	0.02	〃
12	0.03	〃	25	0.01	〃
13	0.02	〃			