



1 c m線量当量測定箇所

: 管理区域内



2024 年 3 月 測定結果

測定年月日	2024年 3月 7日		
測定方法	シンチレーションサーベイメータによる方法		
測定箇所	測定結果(μSv/hr)	測定箇所	測定結果(μSv/hr)
1	0.02	14	0.03
2	0.03	15	0.02
3	0.02	16	0.03
4	0.01	17	0.02
5	0.01	18	0.02
6	0.08	19	0.03
7	0.03	20	0.03
8	0.02	21	0.03
9	0.03	22	0.02
10	0.03	23	0.02
11	0.04	24	0.03
12	0.03	25	0.03
13	0.03		