
１ｃｍ線量当量率測定箇所

：管理区域内



2026年　10月　測定結果

測定年月日		2026. 10. 02			
測定方法		シンチレーションサーベイメータによる方法			
測定箇所	測定結果	（Bq/cm2）	測定箇所	測定結果	（Bq/cm2）
1	0. 00	線量限度以下	14	0. 02	線量限度以下
2	0. 02	〃	15	0. 02	〃
3	0. 03	〃	16	0. 01	〃
4	0. 00	〃	17	0. 02	〃
5	0. 01	〃	18	0. 02	〃
6	0. 03	〃	19	0. 02	〃
7	0. 02	〃	20	0. 02	〃
8	0. 02	〃	21	0. 03	〃
9	0. 02	〃	22	0. 01	〃
10	0. 02	〃	23	0. 02	〃
11	0. 02	〃	24	0. 01	〃
12	0. 03	〃	25	0. 03	〃
13	0. 02	〃			